



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ УКРАИНЫ

Серия Е

№ 000319



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ
утверждения типа средств измерительной техники

№ UA-MI/Зр-220-2000

Выдано 14 июля 2000 г.

Настоящее свидетельство, выданное ЗАО "СОЛАР", Республика Беларусь, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г., признан тип средства измерительной техники "Анализатор агрегации тромбоцитов AP 2110", утвержденный Госстандартом Республики Беларусь на основании результатов государственных испытаний.

Анализатор агрегации тромбоцитов AP 2110 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, под номером РБ 03 25 0235 95.

Анализаторы агрегации тромбоцитов AP 2110 при эксплуатации подлежат поверке с межповерочным интервалом не более 1 года.

Заместитель председателя
Госстандарта Украины



Г.С. Сидоренко