



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ВУ.С.39.999.А № 49580

Срок действия до 21 января 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Гемокоагулометры четырехканальные "СТ 2410"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО "Спектроскопия, оптика и лазеры – авангардные разработки", г. Минск, Республика Беларусь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **23080-02**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП.МН 970-2005

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **21 января 2013 г. № 22**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"31" 01 2013 г.

Серия СИ

№ **008292**

Срок действия до 03 ноября 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **03 ноября 2017 г. № 2368**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

2017 г.