



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.106089/2207

Настоящее удостоверение выдано

**ЗАО Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки УНП:100424659,
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Спектрофотометры РВ 2201 ТУ ВУ 100424659.016-2008 изм. 4 с принадлежностями:
исполнение - РВ 2201А;
см. приложение, всего номеров регистрации - 4**

Тип:

медицинская техника

Производитель:

**ЗАО Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки УНП:100424659 г.
Минск, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова 1Б, пом. 36,
к.22**

Производственная площадка:

**ЗАО Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес:
220034, г. Минск, ул. Платонова 1Б, пом. 36, к.22**

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с руководством по эксплуатации

Регистрационный номер:

Мт-7.115313/7.005-2203

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинской техники.

Дата государственной регистрации:

14.07.2022 г.

Действительно до:

бессрочно

Заместитель Министра



Б. Н. Андросюк

Куприянова ТВ



№ 0034520

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.106089/2207

Всего наименований:

4

Страница: 2

Страниц: 3

Изготовитель: **ЗАО Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки**
УНП:100424659 г. Минск, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
1	Мт-7.115313/7.005-	Спектрофотометры РВ 2201 ТУ ВУ 100424659.016-2008 изм. 4 с 2203 принадлежностями: исполнение - РВ 2201А в составе: -универсальный кюветодержатель для прямоугольных кювет с длиной оптического пути 10, 20, 30, 50 и 100 мм, -шнур сетевой ПВС-АП-3×0,75-2004-2,0, -вставка плавкая ВП 1-1 2А – 2 шт., -кабель интерфейсный «RS 232», -кабель интерфейсный USB CAB – USB AB/1,8, -кювета кварцевая, -кювета одноразовая полистирольная квадратная с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм – 100 шт., -программное обеспечение.
2	Мт-7.115313/7.006-	Спектрофотометры РВ 2201 ТУ ВУ 100424659.016-2008 изм. 4 с 2203 принадлежностями: исполнение - РВ 2201В в составе: -термостатируемый кюветодержатель в интервале температур от 20 до 45°С для квадратных кювет с длиной оптического пути 10 мм с электронной магнитной мешалкой со встроенным термостатом на десять кювет (с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм), -шнур сетевой ПВС-АП-3×0,75-2004-2,0, -вставка плавкая ВП 1-1 2А – 2 шт., -кабель интерфейсный «RS 232», -кабель интерфейсный USB CAB – USB AB/1,8, -кювета кварцевая, -кювета одноразовая полистирольная квадратная с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм – 100 шт., -программное обеспечение.
3	Мт-7.115313/7.007-	Спектрофотометры РВ 2201 ТУ ВУ 100424659.016-2008 изм. 4 с 2203 принадлежностями: исполнение - РВ 2201С в составе: -термостатируемый пятипозиционный кюветодержатель со встроенным термостатом на десять кювет (с наружными размерами до 12,5 × 12,5 × 45 мм). Температура термостатирования 37°С., -шнур сетевой ПВС-АП-3×0,75-2004-2,0, -вставка плавкая ВП 1-1 2А – 2 шт., -кабель интерфейсный «RS 232», -кабель интерфейсный USB CAB – USB AB/1,8, -кювета кварцевая, -кювета одноразовая полистирольная квадратная с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм – 100 шт., -программное обеспечение.
4	Мт-7.115313/7.009-	Спектрофотометры РВ 2201 ТУ ВУ 100424659.016-2008 изм. 4 с 2203 принадлежностями: принадлежности - универсальный кюветодержатель для прямоугольных кювет с длиной оптического пути 10, 20, 30, 50 и 100 мм; - термостатируемый кюветодержатель в интервале температур от 20 до 45°С для квадратных кювет



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.106089/2207

Всего наименований:

4


Страница: 3

Страниц: 3

Изготовитель: ЗАО Спектроскопия, оптика и лазеры-авангардные разработки
УНП:100424659 г. Минск, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
		с длиной оптического пути 10 мм с электронной магнитной мешалкой со встроенным термостатом на десять кювет (с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм); - термостатируемый пятипозиционный юветодержатель со встроенным термостатом на десять кювет (с наружными размерами до 12,5 × 12,5 × 45 мм). Температура термостатирования 37°C; - термостатируемый кюветный держатель, со встроенным нагревательным модулем с температурой нагрева до 90°C; - кювета кварцевая; - кювета одноразовая полистирольная квадратная с наружными размерами 12,5 × 12,5 × 45 мм (с длиной оптического пути 10 мм); - держатель твердых образцов; - насос перистальтический с проточной кюветой; - приставки для измерения коэффициентов отражения; - комплект светофильтров КСС-04 для поверки спектрофотометров РВ-2201

Всего наименований: 4



Заместитель Министра



№ 0034521
Б. Н. Андросюк

тел. (017) 3975349, 3734778, 3995344 факс 2525358

